

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ № 54– 226/2016
 на право работы с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)

1. **Организация:** Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Гидромет),
 пр. Независимости, 110, 220114, г. Минск тел. 267-22-31
2. **Министерство, ведомство:** Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
 ул. Коллекторная, 10, 220048, г. Минск
3. **Вышестоящая (непосредственно над организацией) организация:** Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
 ул. Коллекторная, 10, 220048, г. Минск
4. **Подразделение организации (объект), получающее паспорт:**
 отдел радиохимии службы радиационно-экологического мониторинга Гидромета тел. 369-83-10
5. **Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность на объекте:** Песецкая Светлана Михайловна, начальник отдела радиохимии, приказ от 16.02.2016 № 28-ОД тел. 369-83-10
6. **Разрешаются работы с ИИИ:**

Вид и характеристика ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
<p>1. Работы с открытыми ИИИ: пробы аэрозолей приземного слоя атмосферы, естественных атмосферных выпадений, почвы, донных отложений, пресной воды. Годовое потребление, приведенное к группе А – до 100 кБк</p> <p>Подготовленные образцы, максимальная удельная активность не более: Pb-210 30 Бк/г, I-131 200 Бк/г, Cs-137 190 Бк/г, Am-241 1 Бк/г, изотопам Pu-238, 239, 240 1 Бк/г, Sr-90 100 Бк/г</p>	<p>Отбор проб Дозиметрия</p> <p>Первичная подготовка проб (озоление)</p> <p>Радиохимический анализ</p> <p>Альфа-спектрометрия Бета-радиометрия</p>	<p>Зоны радиоактивного загрязнения – эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения, последующего отселения</p> <p>Комната № 409</p> <p>Комнаты №401, № 408, № 410</p> <p>Комната № 405</p> <p>Комната № 410</p>	<p>III класс</p>

