

**САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ № 55– 226/2016**  
**на право работы с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)**

1. **Организация:** Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Гидромет),  
 пр. Независимости, 110, 220114, г. Минск тел. 267-22-31
2. **Министерство, ведомство:** Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,  
 ул. Коллекторная, 10, 220048, г. Минск тел. 200-55-83
3. **Вышестоящая (непосредственно над организацией) организация:** Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  
 ул. Коллекторная, 10, 220048, г. Минск тел. 200-55-83
4. **Подразделение организации (объект), получающее паспорт:** отдел радиометрии службы радиационно-экологического мониторинга Гидромета тел. 369-83-10
5. **Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность на объекте:** Коваленко Михаил Константинович, начальник отдела радиометрии, приказ от 16.02.2016 № 28-ОД, тел. 369-83-10
6. **Разрешаются работы с ИИИ:**

Вид и характеристика ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
<p><b>1. Работы с открытыми ИИИ:</b>                      пробы аэрозолей приземного слоя, естественных атмосферных выпадений, почвы, донных отложений, торфа, пресной воды, Годовое потребление, приведенное к группе А, до 100 кБк</p> <p>Подготовленные образцы, максимальная удельная активность не более: Pb-210 до 30 Бк/г, I-131 до 200 Бк/г, Cs-137 до 190 Бк/г, Am-241 до 1 Бк/г, изотопам Pu-238, 239, 240 до 1 Бк/г, Sr-90 до 100 Бк/г</p>	<p>Отбор проб Дозиметрия</p> <p>Первичная подготовка проб</p> <p>Озоление проб</p> <p>Радиометрический анализ, бета-радиометрия</p>	<p>Зоны радиоактивного загрязнения – эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения, последующего отселения</p> <p>Комната № 411</p> <p>Комната № 409</p> <p>Комната № 406</p>	<p>III класс</p>

